

お得意先 各位

2023年3月吉日

株式会社平和医療器械

TEL:0835-22-3658

## エースディスポーサブルチュービングセット 包装表示の変更について（お知らせ）

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は、格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、エースディスポーサブルチュービングセットの包装表示について、外国製造業者（ACE MEDICAL 社）の意向により、下記の通り変更させて頂くこととなりましたのでご案内させていただきます。

この度の包装表示の変更にともない、ご不便をおかけすることがあるかと存じますが、何卒ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。

今後とも、弊社製品をご愛顧いただきますよう、宜しくお願い申し上げます。

敬具

### 記

#### 1. 対象製品

販売名 エースディスポーサブルチュービングセット  
製品番号 HA4008、HA4018、HA4020、HA5008、HA4021、HA5028  
届出番号 35B2X10001003605  
外国製造業者 ACE MEDICAL CO.,LTD.（韓国）

#### 2. 変更内容（別紙参照）

現行の製品の包装ラベルのGS1 バーコード（ACE MEDICAL 社）は、バー・タイプのコードを使用しておりますが、この度より、GS1 データマトリクスタイプに変更になります。商品コード自体は、現行製品同様で、変更はありません。

#### 3. 変更理由

Lot 番号の文字桁数が多く、バー・タイプのGS1 コードでは、スキャンにおいて読み取りエラーが発生するケースが多いため、GS1 データマトリクスタイプに変更。




#### 4. 出荷時期

2月下旬頃より、現行製品の在庫がなくなり次第、出荷させていただきます。

以 上

(別紙)

エースディスプレイサブルチュービングセットの包装表示の変更内容について

【変更前】	【変更後】
<p>包装ラベル (箱)</p>	<p>包装ラベル (箱)</p>
	
<p>個包装</p>	<p>個包装</p>
	
<p>GS1 バーコード部分</p>	<p>GS1 バーコード部分</p>
 <p>(01)08806139631267(17)251027(11)221028(10)A221028KIRZ00U0JP2</p>	 <p>2Line, 320cm, Chamber          型番 HA4018          LOT A230112-KIRZ00U0JP-2          2023.01.12 2026.01.11          (01)08806139631267          (11)230112          (17)260111          (10)A230112KIRZ00U0JP2</p>