



お得意先 各位

2023年2月吉日

株式会社平和医療器械

TEL:0835-22-3658

バイポーラコード 仕様変更について (お知らせ)

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、平素よりご愛顧いただいております下記製品について、製造業者の変更にともない、製品仕様を変更させていただくこととなりましたので、ご案内させていただきます。

この度の仕様変更にもない、ご不便をおかけすることがあるかと存じますが、何卒ご理解賜りますよう、お願い申し上げます

今後とも弊社製品をご愛顧いただきますよう、宜しく願い申し上げます。

敬具

記

1. 対象製品

販売名 ケーブル  
製品番号 EK-010-014-H

2. 変更内容 (別紙参照)

製造業者の変更にともない、製造販売届出番号、製品の色、電極接続アダプタの形状が変更になります。

■製造業者

STEMA Medizintechnik GmbH → TONTARRA Medizintechnik GmbH

■製造販売届出番号

35B2X10001002012 → 35B2X10001002105



3. 出荷時期

2月下旬頃より、現行製品の在庫がなくなり次第、出荷させていただきます。

以上

(別 紙)

バイポーラコードの仕様の変更内容について

	変更前	変更後
色		
電極接続アダプタ	