

2024年3月吉日

お得意先 各位

株式会社平和医療器械

TEL:0835-22-3658

洗浄吸引プローブセット 製品番号及び包装内容変更について（お知らせ）

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、平素よりご愛顧いただいております洗浄吸引プローブセットについて、製品番号と包装内容を下記の通り変更させて頂くこととなりましたので、ご案内させていただきます。

この度の変更にともない、製品の保管等につきまして、ご不便をおかけすることと存じますが、何卒ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。

今後とも弊社製品をご愛顧いただきますよう、宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 対象製品

【販売名】	洗浄吸引プローブセット
【製品番号】	LISS4022H
【届出番号】	35B2X10001000015
【外国製造業者】	Fairmont Medical Products (オーストラリア)

2. 変更内容（別紙参照）

- （1）製品番号
 - ・LISS4022H から **LISS4122** に変更になります。
- （2）包装内容
 - ・個包装サイズが変更になります。
 - ・従来は本体とシャフト部が連結した状態で包装されておりましたが、本体とシャフト部が外れた状態での包装になります。

3. 出荷時期

2024年7月頃

※在庫状況により前後する可能性があります。

※こちらの変更案内文は、平和医療器械ホームページ「平和医療からお知らせ」より、データでご覧いただけます。

平和医療器械ホームページ：<https://heiwairyo.co.jp/>

以上

(別紙) 洗浄吸引プローブセットの製品番号及び包装内容変更について


【製品番号・個包装サイズ】

	【変更前】	【変更後】
製品番号	LISS4022H	LISS4122
個包装サイズ	68×22×4 (cm)	59.5×22×5 (cm)


※サイズ：長さ×幅×厚み (cm)

【包装内容】

- ・本体とシャフト部が外れた状態で包装



- ・本体とシャフト部の取り付け方



本体にシャフト部を押し込むと、取り付けられます。
取り外す際はオレンジ色のボタンを押しながら外してください。